

Informátor Oddělení klinické biochemie
č. 10/ 2024

Změna referenčního rozmezí a intervalu měření pro CRP v séru

Z důvodu inovace soupravy došlo ke změně referenčního rozmezí a intervalu měření pro metodu C-reaktivního proteinu (CRP) v séru a pupečnickové krvi.

Metoda je nyní vysoce senzitivní (lze využít pro stratifikace rizika ASKVO).

Nová referenční mez: <5 mg/l

Nový rozsah měření: 0,5-1250 mg/l

Věnujte, prosím pozornost interpretaci výsledků a v případě jakýchkoli nejasností se obraťte na lékaře OKB.

Bližší informace v Katalogu laboratorních vyšetření FNOL (<http://katalog.fnol.loc>)

Vypracoval:
RNDr. Alice Jirušková

Schválili:
prof. RNDr. D. Friedecký PhD.,
RNDr. J. Prošková